

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Innerstaatliche Bauartzulassung vom 26.07.2007

Type-approval certificate under German law, dated 26.07.2007

23.04

07.01

2. Nachtrag zur 1. Neufassung der Anlage

Supplement 2 to the Revision 1 of the Annex

Seite 1 von 2 Seiten

Page 1 of 2 pages

Zulassungsinhaber:

RTI Electronics AB

Issued to:

Flöjelbergsgatan 8C
431 37 Mölndal
SCHWEDEN

Bauart:

Diagnostikdosimeter RTI Barracuda

In respect of:

Zertifikatsgeschichte

Zertifikats-Ausgabe	Datum	Änderungen
23.04 / 07.01, 1. Nachtrag zur 1. Neufassung	19.02.2010	Feststellung der zu prüfenden Nenngebrauchsbe- reiche, Überschriftänderungen
23.04 / 07.01	02.10.2009	1. Neufassung
23.04 / 07.01, 3. Nachtrag	15.07.2009	Neue Software Version 3.8A Verbindung mit dem Detektor R100B
23.04 / 07.01, 2. Nachtrag	29.07.2008	Neue Software Version 3.6A
23.04 / 07.01, 1. Nachtrag	05.09.2007	Änderung der Stempelstellen
23.04 / 07.01	26.07.2007	Erstbescheinigung

Die o.g. Bauartzulassung wird gemäß § 26 der Eichordnung wie folgt geändert:

Die Software der o.g. Bauart wurde in einigen Punkten geändert, die jedoch nach Versicherung des Herstellers, RTI Electronics AB, keinen Einfluss auf die Ermittlung eichtechnisch relevanter Daten haben.

Hinweise

Nachträge ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Nachträge sind Bestandteil der Bauartzulassung und dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Note

Supplements without signature and seal are not valid. Supplements are part of the type approval certificate and may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt unter einer der nachstehenden Adressen eingelegt werden.

Information on legal remedies available

Objection may be made to this notification within one month of its receipt either in writing or orally recorded, to the Physikalisch-Technische Bundesanstalt at one of the following addresses.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Bundesallee 100
38116 Braunschweig
DEUTSCHLAND

Abbestraße 2-12
10587 Berlin
DEUTSCHLAND

Innerstaatliche Bauartzulassung vom 26.07.2007

Type-approval certificate under German law, dated 26.07.2007

23.04

07.01

2. Nachtrag zur 1. Neufassung der Anlage

Supplement 2 to the Revision 1 of the Annex

Seite 2 von 2 Seiten

Page 2 of 2 pages

Die Tabelle im Punkt 5.3 der 1. Neufassung ändert sich folgendermaßen:

Folgende Versionen von Soft- und Firmware sind in den hier dargestellten Kombinationen zugelassen:

QA Browser	3.1A	3.6A	3.8A	4.0E
Cabinet	3.0B	3.2A	3.3B	3.3B
MPD	3.0C	3.1F	3.2D	4.0C
EMM – Bias W	3.0C	3.2E	3.2E	3.2N

Software Updates für geeichte Barracuda Systeme sind unzulässig.

Der Zulassungsschein mit der 1. Neufassung der Anlage vom 02.10.2009, Geschäftszeichen: PTB 6.25-4042585 sowie der erteilte 1. Nachtrag :

- Nr. 1 vom 19.02.2010, Geschäftszeichen: PTB-6.25-4045499

bleiben bis auf die durch diesen Nachtrag erfolgten Änderungen bzw. Ergänzungen unverändert gültig.

Geschäftszeichen: PTB-6.25-4052234

Reference No.:

Ort, Ausstellungsdatum: Braunschweig, 06.06.2011

Date of issue:

Zertifizierer:

Certifier:

Im Auftrag

By order

Siegel

Seal

Bewerter:

Evaluator:

Im Auftrag

By order



Dr. Ludwig Büermann




Dieter Jahns